



Companhia Paranaense de Energia - COPEL

EQCFP/CADASTRO EXIGÊNCIAS P/ COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA P/ CADASTRAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
90.07.000.000	MANUTENÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO
90.07.010.000	INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO, PROTEÇÃO E CONTROLE
90.07.010.001	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MEDIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA

A empresa interessada em se cadastrar neste item de serviço deverá apresentar os seguintes documentos:

1- Atestado de Capacidade Técnica emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado comprovando a experiência direta da empresa ou indireta do responsável técnico na prestação de serviço de **Recuperação de Medidores de Energia Elétrica;**

2- Ser aprovada em Avaliação Industrial a ser efetuada pela COPEL (VTRM), na qual serão avaliadas as instalações e o leiaute das áreas disponíveis, instalações e disponibilidade dos equipamentos conforme abaixo:

- Mesa de aferição de medidores contendo os seguintes instrumentos:
 - Indicador de fator de potência para seleção das cargas indutivas plena e pequena, com no mínimo 3% de exatidão
 - Indicador de tensão (voltímetro) 0 a 250 volts com no mínimo 3% de exatidão
 - Possibilidade de aferir medidores de 2,5 a 30 amperes em cargas plena e indutiva e de 0,25 a 3 amperes em carga pequena, com indicador de corrente (amperímetro) com no mínimo 3% de exatidão
 - Possibilidade de aferir um elemento por vez e dois ou três elementos em série
- Multiteste para testes de continuidade das bobinas de tensão e de corrente
- Instrumento para ensaios de dielétricos (Hi-Pot) com tensão de teste mínima de 2500 volts
- Equipamento de ar comprimido (compressor de ar) de no máximo 40 libras de pressão
- Ferramentas e materiais diversos necessários à execução dos serviços
- Local climatizado para aferição dos medidores com temperatura ambiente de 25° C com +/- 2° C de tolerância
- Local reservado para triagem e limpeza dos medidores para não poluição do ambiente de aferição;

